

Klasiskais asinsspiediena mērītājs Platinum

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.



Atruna

Šī instrukcija un tajā aprakstītais produkts nav paredzēts kā padomu vai ieteikumu kopums, kas varētu aizstāt ārsta vai cits medicīnas darbinieka konsultāciju vai ieteikumus.

Šeit ietverto informāciju nevar izmantot veselības problēmu diagnosticēšanai vai ārstēšanai. Ja Jums ir aizdomas, ka Jums ir veselības problēmas, nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.

Klasiskā asinsspiediena mērītāja pielietošana


Ierīce ir paredzēta cilvēka sistoliskā asinsspiedienā, diastoliskā asinsspiedienā un sirdsdarbības ātruma mērišanai uz augšdelma ar oscilometrisko mērišanas metodi. Šo produktu ir ieteicams lietot cilvēkiem, kas vecāki par 18 gadiem. Produkts ir paredzēts tikai mājas lietošanai.

Kas ir asinsspiediens?

Asinsspiediens ir asins plūsmas spiediens, ko asinis izdara uz artēriju sieniņām. Katrs sirds puksts izraisa arteriālā spiediena palielināšanos. Augstāko asinsspiedienu dēvē par maksimālo jeb sistolisko asinsspiedienu, un tas atbilst sirds saraušanās kustībai, kas iepludina asinis artērijās, zemāko - dēvē par minimālo jeb diastolisko asinsspiedienu, un tas atbilst asins spiedienam starp divām sirds saraušanās kustībām. Asinsspiedienu ietekmē tādi faktori kā – asinsvadu paplašināšanās vai sašaurināšanās, hormoni, fiziskā slodze, stress, alkohola lietošana, smēķēšana. Parasti asinsspiediens no rīta ir zemāks un paaugstinās dienas laikā.

PVO asinsspiediena klasifikācija

Pasaules Veselības organizācija ir izstrādājusi standartu kā novērtēt vai asinsspiediens ir zems vai augsts neatkarīgi no cilvēka vecuma. Skat, tabulu pa labi.




Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 402000000004

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Asinsspiediena izmaiņas


Individuāls asins spiediens ir ļoti atšķirīgi gan atkarībā no diennakts laika (rīts, vakars, nakts) gan gadalaika, gan fiziskās aktivitātēs. Šīs atšķirības ir vēl izteiktākas cilvēkiem ar augstu asinsspiedienu. Parasti asinsspiediens dienas laikā palielinās ir vismazākais gulēšanas laikā.

Grafikā pa labi ir redzamas asinsspiediena izmaiņas vienas diennakts laikā (mērījumi veikti ik pēc 5 minūtēm)




Svarīgi, Lūdzu izlasiet pirms asinsspiediena mērītāja lietošanas!

- Pirms asinsspiediena mērīšanas atpūties miera stāvoklī apmēram 5 līdz 10 minūtes.
- Lai asinsvadi atgrieztos iepriekšējā/normālā stāvoklī, atkārtotu mērījumu veiciet ne ātrāk kā pēc 3 līdz 5 minūtēm pēc iepriekšējā mērījuma veikšanas.
- Ja Jums ir kāda sirds-asinsvadu slimība, kā ateroskleroze, diabēts, aknu slimības, nieru slimības, smaga hipertonija..., lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu pirms lietojat šo ierīci.
- Ja tikko esat lietojis kofeīnu saturošus dzērienus vai smēķējis – nogaidiet 30 līdz 40 minūtes pirms veicat mērījumu.
- Asinsspiediena mērījumu rezultātus var interpretēt tikai kvalificēts ārsts, kas ir pazīstams ar Jūsu slimības vēsturi un veselības stāvokli.
- Kad lietojat asinsspiediena mērītāju, Jūsu delnas locītavai ar asinsspiediena mērītāju ir jābūt tai pašā augstumā kā Jūsu sirdij. Aprocei, ir jābūt stingri apliktai un roka nedrīkst būt, sasprindzināta.
- Mērījuma laikā nekustiniet roku, uz kurās ir uzlikts asinsspiediena mērītājs.
- Asinsspiediena aproce ir jāliek uz kailas rokas, ja starp Jūsu roku ir asinsspiediena mērītāju būs kāds apģērba gabals, mērījums būs nepareizs.
- Cilvēkiem ar asinsrites traucējumiem šis asinsspiediena mērītājs var uzrādīt zemākus lasījumus. Konsultējieties ar savu ārstu, lai noteiktu, vai asinsspiediena mērītāja lasījumi precīzi atspoguļo jūsu faktisko asinsspiedienu.
- Lai iegūtu maksimāli precīzu rezultātu – izmēriet asinsspiedienu 3 reizes pēc kārtas un aprēķiniet rādījumu vidējo vērtību.
- Ar šo ierīci iegūtie rezultāti ir līdzvērtīgi tiem, ko iegūst, klausoties ar stetoskopu, kas ir novietots zem aproces.

Ierīces aprakstsLCD displejā redzamo simbolu skaidrojums

Dienas daļas indikators (am – līdz 12:00 / pm – pēc 12:00)

Bateriju maina

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu, izņemiet vecās un ielieci jaunas baterijas. Esiet uzmanīgi! Baterijas ir jāievieto pareizā polaritātē, citādi ierīce var tiks sabojāta.


Augšdelma aproces uzlikšana

Kreisajai rokai iekšpusē ar diviem pirkstiem lokalizēt brahiālo artēriju (kas atrodas apmēram 2,5cm virselkoņa) Noteikt, kur pulss ir visspēcīgākais.



Sagatavojet aproci, pirms to uzliekt uz rokas, t.i., atbīdiet aproci līdz metāla kāpslim.


1. Manšetes virspuse – no plīša;
2. Manšetes iekšpuse – no līdzena auduma;
3. Metāla kāpslis.



Ievietojiet aprocē kreiso roku.


Aproces apakšējā mala ir jānovieto apmēram 1,5 cm virs elkoņa.

1. Apakšējai manšetes malai ir jābūt apmēram 1,5cm attālumā no locītavas *bedrītes* elkoņa iekšpusē;
2. Vads, kas savieno manšeti ar mērierīci;
3. Sekojiet, lai mērījuma veikšanas laikā vads, kas savieno manšeti ar mērierīci nebūtu sagriezies un uz tā nebūtu cilpas.




Cieši nostipriniet aproci ar lipekli.

Aproce nedrīkst būt uzlikta par vaīgu, vai par stipru. Jums ir jāvar zem aproces palikt brīvi vienu pirktu.




Mērījumi ir jāveic sēdus stāvoklī.

Roku novietojiet uz galda tā, ka aproce ir vienā līmenī ar Jūsu sirdi.



Atbrīvojiet roku un pagrieziet to uz augšu.

Pārliecinieties vai caurule zem aproces nav salocijusies.



LCD displejā redzamo simbolu apraksts

Simbols	Parādīšanās iemesls	Nepieciešamās darbības
	Simbols parādās un mirgo, kad asinss piedienā mērītājs uztver pulsu plaukstas locītavā.	Tiek veikts mērījums – nekustieties un nesarunājieties.
	Parādās kad bateriju voltāža ir nepietiekama precīza mērījuma veikšanai	Nomainiet baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai bateriju polaritātei.
	Parādās kad mērījums nav bijis veiksmīgs.	Pārbaudiet vai asinss piedienā mērītāja aproce ir pareizi uzlikta Nospiediet „START/STOP” podziņu un veiciet mērījumu vēlreiz.

Mērījumu veikšana

- Ievietojiet baterijas:
 - Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas pareizā polaritātē.
 - Visiem LCD simboli parādīsies displejā 3 sekunžu laikā.

Veikt mērījumus Jūs varat gan izmantojot tikai baterijas, gan izmantojot elektriskās strāvas AC adapteri.

- Datuma un laika iestatīšana:
 - Nospiediet „Parādīt pulpsteni” podziņu – „mēneši” sāks mirgot.
 - Nospiediet „Pa kreisi” vai „Pa labi” podziņu, lai iestādītu pareizu mēnesi – vienreiz 1, divreiz 2 utt.
 - Atkal nospiediet „Parādīt pulpsteni” podziņu – „datumi” sāks mirgot.
 - Nospiediet „Pa kreisi” vai „Pa labi” podziņu, lai iestādītu pareizu datumu.
 - Atkal nospiediet „Parādīt pulpsteni” podziņu – „stundas” sāks mirgot.
 - Nospiediet „Pa kreisi” vai „Pa labi” podziņu, lai iestādītu pareizu stundu 12 stundu formātā.
 - Atkal nospiediet „Parādīt pulpsteni” podziņu – „minūtes” sāks mirgot.
 - Nospiediet „Parādīt pulpsteni” podziņu, lai iestādītu pareizas minūtes (0,1,2,3, ... 59).
 - Vēlreiz nospiediet „Parādīt pulpsteni” podziņu, lai apstiprinātu uzstādījumus (iestādītais mēnesis, datums, stunda un minūtes parādīsies displeja augšdaļā).

- Asinsspiediena mērīšana:
 - Uzlieciet asinsspiediena mērītāju uz augšdelma, kā aprakstīts iepriekš.
 - Apsēdieties pareizā mērījuma veikšanas pozīcijā, kā aprakstīts iepriekš.
 - Nospiediet „Ieslēgt / Izslēgt” podziņu. Displejā sāk mirgot simboli un aprocē automātiski tiek iepildīts gaiss nepieciešamajā daudzumā, lai ierīce var veikt nepieciešamos mērījumus. Mērot asinsspiedienu nekustiniet roku.
 - Kad aprocē ir sasniegts nepieciešamais spiediens, tas sāk pamazām samazināties. Kad tiek uztverts pulss – sirds simbols displejā sāk mirgot.
 - Pēc mērījuma veikšanas sistoliskā asinsspiediena, diastoliskā asinsspiediena un sirds ritma mērījuma rezultāti ir redzami displejā 1 minūti.

LCD displejā būs redzami sekojoši mērījuma rezultāti: Sistoliskais (augšējais) asinsspiediens, Diastoliskais (apakšējais) asinsspiediens, Pulss un Riska grupas indikācija (Jo augstāks ir jūsu asinsspiediens, jo augstāka būs indikatora kolona).

Jūsu ērtībai uz Asinsspiediena mērītāja korpusa ir riska grupu indikācijas skala:

1. Dzeltenā josla - Sistoliskais (augšējais) asinsspiediens 110 un Diastoliskais (apakšējais) asinsspiediens lielāks par 85.
2. Sarkanā josla - Sistoliskais (augšējais) asinsspiediens 181 un Diastoliskais (apakšējais) asinsspiediens lielāks par 85.

- Mērījuma rezultātu saglabāšana, iepriekš veikto mērījumu rezultātu apskatīšana un dzēšana:
Mērījuma rezultātu saglabāšana. Pēc katra mērījuma veikšanas tiek automātiski saglabāti dati par sistolisko asinsspiedienu, diastolisko asinsspiedienu un sirds ritmu, mērījuma datumu un laiku. Datu bāzē tiek uzglabāti 99 mērījumi, ja tiek veikti vairāk par 99 mērījumiem, agrāk veiktie mērījumi tiek automātiski izdzēsti.
- iepriekš veikto mērījumu rezultātu apskatīšana:
 - Nospiediet „MEM” podziņu, lai izsauktu apskates režīmu.
 - Nospiediet „Pa kreisi” Vai „Pa labi” podziņu, lai izvēlētos nepieciešamo mērījuma kārtas numuru.
 - Nospiediet „START/STOP” podziņu, lai pārslēgtos uz pamata režīmu.
- Mērījuma rezultātu dzēšana:
 - Izņemiet baterijas no asinsspiediena mērītāja un visi dati no atmiņas tūlīt tiks izdzēsti.
 - Lai pārbaudītu vai dati tiešām ir izdzēsti, ielieciet baterijas un nospiediet „MEM” podziņu – ja dati neparādās – tie ir veiksmīgi izdzēsti.
- Bateriju nomaiņa:
 - Ja displejā parādās ikona  Baterija ir tukša. Aizstājiet esošās baterijas ar jaunām. Lietojiet tikai viena veida baterijas, izmantojot dažāda veida baterijas, Jūs varat bojāt ierīci.
 - Neizmantojiet jaunas un vecas baterijas vienlaicīgi.

Ierīces kopšana

- Noslaukiet ierīci ar mīkstu ūdenī vai maigā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatiņu.
 - Nosusiniet ierīci ar papīra dvieli.
 - Ierīces tīrīšanai nedrīkst lietot benzīnu vai citus šķīdinātājus.
 - Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota – izņemiet no tās baterijas.
 - Neglabājiet ierīci temperatūrā, kas ir zemāka par -20°C vai augstāka par + 50°C
 - Neglabājiet ierīci mitrās un puteklainās vietās vai vietās kur to var sasniegt tieši saules starī.
 - Nekad neveiciet mērījumu, ja ierīce nav nostiprināta uz Jūsu delnas locītavas – tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus asinsspiedienā mērītāja apocei.

Uzmanıbu!

- Ierīce ir paredzēta asinsspiedienai mērīšanai tikai pieaugušajiem. Lai veiktu mērījumu rokas apkārtmēram ir jābūt robežas no 23 līdz 33cm.
 - Nelietojiet ierīci, ja Jūsu roka ir jebkādā veidā savainota.
 - Ja aploces piepūšana netiek pārtraukta – uzreiz atveriet aploci un noņemiet ierīci.
 - Ierīce ir paredzēta rokas apkārtmēram no 23 – 33 cm.

Tehniskie parametri

- Mērišanas metode: Oscilometriskā.
 - Mērījumu diapazons: Spiediens - no 0~300mmHg. Pulss - no 40~199 sitieniem/minūtē.
 - Mērījumu precīzitāte: Spiediens +/- 3mmHg. Pulss +/- 5%.
 - Spiediena samazināšana aprocē: automātiska.
 - Displejs: LCD (Digitālais šķidrā kristāla displejs).
 - Mērišana: sistoliskais spiediens, diastoliskais asinsspiediens, sirdsdarbības ritms.
 - Atmiņas apjoms: 99 mērījumi.
 - Ierīces svars: aptuveni 335g (ieskaitot baterijas).
 - Aproces izmēri: 23 – 33 cm.
 - Darba temperatūra: 10° C līdz+40 °C.
 - Darbības relatīvais mitrums:30-85%.
 - Uzglabāšanas temperatūra: -20° C līdz+50 °C.
 - Uzglabāšanas relatīvais mitrums:15-95%.
 - Barošana: 4AA (6 VDC)baterijas vai AC adapteris.
 - Baterijas darbības ilgums: aptuveni 300 mērījumiem (mēra 2 reizes dienā).
 - Barošanas adapteris: ieejas strāva 11W, 230V, jauda 6V 800mA.
 - Automātiskā izslēgšanās pēc 1 min
 - Komplektā: Asinsspiediena mēritājs, caurule ar aproci, somina, instrukcija.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslagošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

■ Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5. apakšpunktus nosaka, ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;"

Importēts no Čehijas Republikas